

## Aplikator szpulowy CS35

Aplikator szpulowy CS35 przeznaczony do współpracy z aparatami PhysioMG 815, PhysioMG 825 oraz PhysioMG 827

Oferta z dnia: 2021-06-16



### Aplikator szpulowy CS35

**Aplikator CS35** - średnica 35 cm  
- przeznaczony jest do współpracy z modelami **PhysioMG 815**, **PhysioMG 825** oraz **PhysioMG 827**.

Nowy aplikator szpulowy CS35 posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego oraz wbudowaną poduszkę w miejscu aplikacji zwiększającą komfort pacjenta w trakcie zabiegu polem magnetycznym.

• masa

15 kg (Al)  
22 kg (Cu)



### Parametry techniczne

Parametry magnetoterapii

- maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora 10 mT
- maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora 12 mT
- maksymalna wartość zmiany indukcji 24 mT

Parametry ogólne

- wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego 44,1 x 32,2 x 45,7 cm

### Więcej informacji na temat magnetoterapii znajdziesz na stronach:

- Pole magnetyczne oddziaływanie biologiczne
- Pole magnetyczne ujęcie fizyczne
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wskazania i przeciwwskazania
- Leczenie polem magnetycznym ZZSK
- Terapia stawów biodrowych i kolanowych za pomocą pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wpływ pola magnetycznego na syntezę kolagenu
- Magnetoterapia w profilaktyce migren
- Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego



Wszystko czego potrzebują fizjoterapeuci

w terapii osteoporozy

- Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego w utrudnionym zroście kostnym

**aparacie znajdziesz na stronie:**

- [www.astar.pl](http://www.astar.pl)

**Więcej informacji o producencie i**

[WSZYSTKO O PHYSIOMG](#)

---

